

Checkliste Betriebsferien 2015/2016

Zeitraum Betriebsurlaub: **23.12.2015 – 03.01.2016**

Labore

Nr.	Was?	erledigt?
1	Chemikalien und Abfallbehälter mit brennbaren Abfällen in die Gefahrstoffschränke bzw. Gefahrstofflager gestellt? Hinweis: Digestorien nicht vergessen! Die Scheiben der Abzüge bitte schließen.	
2	Druckgasflaschen, soweit sie nicht in Druckgasflaschenschränken stehen, bitte in die Druckgasflaschenlager stellen.	
3	Trockenschränke, Vakuumpumpen, Rotationsverdampfer, Analysegeräte, Heizgeräte, Heizplatten etc. abgeschaltet soweit möglich?	
4	Wasserkreisläufe abgeschaltet – soweit möglich?	
5	PCs, Monitore, Drucker und sonstige IT-Geräte abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt? Hinweis: Schaltbare Steckdosenleisten abschalten.	
6	Thermostatventile der Heizkörper auf Stellung 1 gestellt?	
7	Fenster richtig geschlossen?	
8	Licht ausgeschaltet?	

Wichtig:

An dieser Stelle wird nochmals darauf hingewiesen, dass alle Digestorien komplett freigeräumt werden müssen, da die Abzüge abgeschaltet werden (für Ausnahmebereiche gelten gesonderte Regelungen).

Es wird auch darum gebeten, keine leeren Behälter in den Digestorien zu lagern.