

## Checkliste Weihnachtsschließung 2022/2023

Zeitraum Betriebsurlaub: **24.12.2022 – 01.01.2023**

### Labore

Nr.	Was?	erledigt?
1	Chemikalien und Abfallbehälter mit brennbaren Abfällen in die Gefahrstoffschränke bzw. Gefahrstofflager gestellt? Hinweis: Digestorien nicht vergessen! Die Scheiben der Abzüge bitte schließen.	
2	Druckgasflaschen, soweit sie nicht in Druckgasflaschenschränken stehen, bitte in die Druckgasflaschenlager stellen.	
3	Trockenschränke, Vakuumpumpen, Rotationsverdampfer, Analysegeräte, Heizgeräte, Heizplatten etc. abgeschaltet soweit möglich?	
4	Wasserkreisläufe abgeschaltet – soweit möglich?	
5	PCs, Monitore, Drucker (außer Ricohgeräte) und sonstige IT-Geräte abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt? Hinweis: Schaltbare Steckdosenleisten abschalten.	
6	Thermostatventile der Heizkörper in Laboren und Büros auf Stellung 2 gestellt?	
7	Thermostatventile der Heizkörper in Aufenthaltsräumen, Konferenzräumen, Teeküchen, Kopier-/ Druckerräumen auf Stellung 1,5 gestellt?	
8	Thermostatventile der Heizkörper in Verkehrsflächen und Toiletten auf Stellung 1 gestellt?	
9	Fenster richtig geschlossen?	
10	Licht ausgeschaltet?	

### **Wichtig:**

**An dieser Stelle wird nochmals darauf hingewiesen, dass alle Digestorien komplett freigeräumt werden müssen, da die Abzüge abgeschaltet werden (für Ausnahmebereiche gelten gesonderte Regelungen).**

**Es wird auch darum gebeten, keine leeren Behälter in den Digestorien zu lagern.**