

Checkliste Betriebsferien 2021/2022

Zeitraum Betriebsurlaub: **23.12.2021 – 02.01.2022**

Labore

Nr.	Was?	erledigt?
1	Chemikalien und Abfallbehälter mit brennbaren Abfällen in die Gefahrstoffschränke bzw. Gefahrstofflager gestellt? Hinweis: Digestorien nicht vergessen! Die Scheiben der Abzüge bitte schließen.	
2	Druckgasflaschen, soweit sie nicht in Druckgasflaschenschränken stehen, bitte in die Druckgasflaschenlager stellen.	
3	Trockenschränke, Vakuumpumpen, Rotationsverdampfer, Analysegeräte, Heizgeräte, Heizplatten etc. abgeschaltet soweit möglich?	
4	Wasserkreisläufe abgeschaltet – soweit möglich?	
5	PCs, Monitore, Drucker (außer Ricohgeräte) und sonstige IT-Geräte abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt? Hinweis: Schaltbare Steckdosenleisten abschalten.	
6	Thermostatventile der Heizkörper auf Stellung 1 gestellt?	
7	Fenster richtig geschlossen?	
8	Licht ausgeschaltet?	

Wichtig:

An dieser Stelle wird nochmals darauf hingewiesen, dass alle Digestoren komplett freigeräumt werden müssen, da die Abzüge abgeschaltet werden (für Ausnahmereiche gelten gesonderte Regelungen).

Es wird auch darum gebeten, keine leeren Behälter in den Digestoren zu lagern.